DİŞ HEKİMİ KURŞUN ÖNLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KURŞUN ÖNLÜKLER ÖNDE 0,50 mm PB ARKADA 0,25 mm PB KORUMA SAĞLAYACAK ŞEKİLDE KURŞUNA EŞ DEĞER KORUYUCU KURŞUN MATERYALE SAHİP OLMALIDIR.
2. KURŞUN ÖNLÜKLER İLE BİRLİKTE TİROİT KORUYUCU BERABER VERİLMELİDİR
3. KORUYUCU KURŞUN MATERYAL HAFİF, HOMOJEN VE İNCE BİR YAPIYA SAHİP OLMALIDIR.
4. KORUYUCU KURŞUN MATERYAL, ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI AMACI İLE ÇOK KATLI OLMALIDIR.
5. KURŞUN ÖNLÜK YAPIMINDA ESNEK OLMAYAN TEK KATLI KORUYUCU KURŞUN MATERYAL KULLANILMAMALIDIR.
6. KURŞUN ÖNLÜĞÜNÜN KULLANIMI KOLAY OLMALI, YANDAN CIRT BANT İLE SABİTLENMELİDİR.
7. KULLANILAN KUMAŞ ANTİBAKTERİYEL, UZUN SÜRELİ KULLANIMA UYGUN, HİJYEN AÇISINDAN KOLAY SİLİNEBİLEN, SU İTİCİLİĞİ SAYESİNDE SU GEÇİRMEZ BİR YAPIYA SAHİP OLMALIR.
8. KURŞUN ÖNLÜKLER 2016/425 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM REGÜLASYONUNA UYGUN OLARAK DENETLENDİĞİNİ VE ONAYLANMIŞ BAĞIMSIZ DENETM KURULUŞLARINDANVERİLEN “MODUL D” BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMELİDİR. CE İŞARETİ VE DÖRT HANELİ ONAYLI KURULUŞ NUMARASI ÜRÜN ETİKETİNE İŞLENMİŞ OLUP BU DURUM FİRMANIN BELGESİ İLE KANITLANMALIDIR.
9. KORUYUCU KURŞUN MATERYALİN GEÇİRGENLİĞİNİN VE KURŞUN EŞDEĞERİNİN EN 61331-1:2002 TEST STANDARDINA UYGUN OLDUĞU BELGELENDİRİLMELİDİR.
10. FİRMA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU’NUN (TİTCK) 15.05.2014 TARİH 29001 SAYILI TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMENLİĞİNDE BELİRTİLEN “SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ” Nİ SUNMALIDIR. YETKİ BELGESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
11. KURŞUN ÖNLÜKLERİN ÜRETİM HATALARINA KARŞI ÜRETİCİ FİRMA 2(İKİ) YIL GARANTİ VERMELİDİR.
12. KURŞUN ÖNLÜKLERİN RENK VE BEDEN TERCİHİ YAPILABİLMELİDİR. İSTENİLDİĞİ TAKDİR DE KURŞUN ÖNLÜKLER ÇİFT RENK ÜRETİLMELİDİR.
13. ÖNLÜK CEBİNE BÖLÜM VEYA DR. İSMİ NAKIŞ OLARAK YAZILMALIDIR.
14. TEKNİK KOMİSYON KARARI İÇİN TEKLİFİ VERİLEN MALZEMENİN İHALE SONUÇLANINCAYA KADAR BİR ADET NUMUNESİ BIRAKILMALIDIR