

ÇOK AMAÇLI KORUYUCU ÖRTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KORUYUCU ÖRTÜLER 0,50 mm PB KORUMA SAĞLAYACAK ŞEKİLDE KURŞUNA EŞ DEĞER KORUYUCU KURŞUN MATERYALE SAHİP OLMALIDIR.
2. KORUYUCU ÖRTÜ 20x25 CM EBATLARINDA ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
3. KORUYUCU KURŞUN MATERYAL HAFİF, HOMOJEN VE İNCE BİR YAPIYA SAHİP OLMALIDIR.
4. KORUYUCU KURŞUN MATERYAL, ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI AMACI İLE ÇOK KATLI OLMALIDIR.
5. KORUYUCU ÖRTÜLERİN YAPIMINDA ESNEK OLMAYAN TEK KATLI KORUYUCU KURŞUN MATERYAL KULLANILMAMALIDIR.
6. KORUYUCU ÖRTÜLERİN KULLANIMI KOLAY VELKRO KEMERLER İLE BELE BAĞLANABİLMELİ VE AYNI ZAMANDA GONAD BÖLGESİNİ KORUYABİLMELİDİR.
7. KULLANILAN KUMAŞ ANTİBAKTERİYEL, UZUN SÜRELİ KULLANIMA UYGUN, HİJYEN AÇISINDAN KOLAY SİLİNEBİLEN, SU İTİCİLİĞİ SAYESİNDE SU GEÇİRMEZ BİR YAPIYA SAHİP OLMALIR.
8. KORUYUCU ÖRTÜLER 93/42/EEC MEDİKAL CİHAZ YÖNETMELİĞİNE UYGUN ÜRETİLMELİ VE ÜRETİCİ FİRMA UYGUNLUK BEYANINI SUNMALIDIR.
9. KORUYUCU KURŞUN MATERYALİN GEÇİRGENLİĞİNİN VE KURŞUN EŞDEĞERİNİN EN 61331-1:2002 TEST STANDARDINA UYGUN OLDUĞU BELGELENDİRİLMELİDİR.
10. FİRMA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU'NUN (TİTCK) 15.05.2014 TARİH 29001 SAYILI TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMENLİĞİNDE BELİRTİLEN "SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" Nİ SUNMALIDIR. YETKİ BELGESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
11. FİRMA ÜRÜNÜN UBB KODUNU SUNMALIDIR.
12. KORUYUCU ÖRTÜLERİN ÜRETİM HATALARINA KARŞI ÜRETİCİ FİRMA 2(İKİ) YIL GARANTİ VERMELİDİR.
13. KORUYUCU ÖRTÜLERDE RENK TERCİHİ YAPILABİLMELİDİR.
14. TEKNİK KOMİSYON KARARI İÇİN TEKLİFİ VERİLEN MALZEMENİN İHALE SONUÇLANINCAYA KADAR BİR ADET NUMUNESİ BIRAKILMALIDIR.